Fiche technique

Electrodes bipolaires flexibles

Réglementation			
Descriptif	Electrodes bipolaires flexibles		
Utilisation prévue	Hystéroscopie gynécologique		
Photos	*Electrode bipolaire de type bouton* *Electrode bipolaire de type pointe* *Electrode bipolaire de type pointe courbée*		
Code GMDN	42553		
Classe	IIb		
Conformité	Conforme à la Directive Européenne 93/42/CEE		
Normes applicables	*Voir la Déclaration de Conformité CE pour plus de détails*		
Produits toxiques/allergènes	Sans latex, sans DEHP, sans Halogène		
Données techniques			
Nom	Electrode bipolaire de type bouton	Electrode bipolaire de type pointe	Electrode de type pointe courbée
Référence article	D300 140 010	D300 140 011	D300 140 038
Code GTIN/UID ID	3701217802230	3701217802247	3701217802513
Longueur utile	360 mm		
Diamètre	5Fr.		
Souplesse	Flexible		
Compatibilité	Canal opératoire de 5 ou 7Fr.		
Electrode réutilisable	Oui		
Puissance de sortie du générateur	500 Vp		
Puissance recommandée mode de coupe et de coagulation	max. 60 W		
Solution à utiliser en bipolaire	NaCl à 0.9%		
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*		

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel - Ref D900 700 047 A FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

Retraitement

Pré-nettoyage manuel

- Rincer les électrodes pendant 5 min à l'eau froide.
- Brosser les électrodes jusqu'à ce qu'aucune impureté ne soit visible à l'œil nu.
- Rincer les électrodes à l'eau froide.

Nettoyage

Etape	Etape du processus	Réactifs	Durée	Température
1	Pré-nettoyage	Eau du robinet	2min	
2	Egoutter			
3	Nettoyage	Eau du robinet Dosage : concentration de 0,5% de produit de nettoyage tel que Neodisher MediClean (Dr. Weigert, Hambourg)	5min	55°C
4	Egoutter			
5	Neutralisation	Eau déminéralisée	3min	
6	Égoutter			
7	Rinçage	Eau déminéralisée	2min	
8	Egoutter			

Désinfection

La désinfection thermique a été validée avec les paramètres suivants :

Durée	Température
95sec	95°C

Stérilisation

La stérilisation des produits avec la procédure de pré-vide fractionné a été validée conformément à la norme ISO 17665.

Durée d'exposition	Température	Durée de séchage
4min	132 ±1 °C	10min

Document non contractuel - Ref D900 700 045 A - 06/2018 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411