Connexion filaire iCare - iPad (lightning)

Avec les éléments de ce kit (Ref. D100 200 502), utilisez une connexion filaire à la place du Wi-Fi entre votre iPad et iCare pour le fonctionnement d'imagyn.

Articles fournis :

- Un adaptateur iPad lightning,
- Un câble éthernet,
- Un adaptateur USB 3.0 - éthernet.

Connexions :

1 Connecter le câble éthernet à l'adaptateur iPad lightning.

2 Connecter le second bout du câble éthernet à l'adaptateur éthernet.

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel - Ref D900 700 050 B - 11/2019 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

3 Connecter l'adaptateur iPad lightning.



4 Retirer l'une des deux clés WiFi à l'arrière de l'iCare et brancher l'adaptateur éthernet.

5 Dans les paramètres de l'iPad, vérifier le bon fonctionnement de cette configuration en visualisant l'apparition de l'onglet «Ethernet».



delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel - Ref D900 700 050 B - 11/2019 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

6 Pour paramétrer iCare en configuration filaire plutôt que WiFi, appuyez 5 fois longuement sur le bouton droit de la tête de caméra lorsque iCare est en veille. Pour repasser en configuration WiFi, faites 5 appuis longs en mode hors veille.

7 A chaque changement de configuration, redémarrez iCare 30 secondes après le dernier appui sur le bouton, afin de finaliser le changement d'état.

Note :

Vous avez la possibilité de charger votre iPad même avec cette connexion filaire, grâce la fiche [1] de l'adaptateur iPad lightning fourni. Une sortie USB [2] est également disponible pour partager des fichiers entre l'iPad et la dite clé USB.

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel - Ref D900 700 050 B - 11/2019 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.