Quick-start iFlow

Elément du set	
	Pompe d'irrigation et d'aspiration (Programme hystéroscopie)
Les tubes	
	Tube d'irrigation stérile à usage unique Boite de 10 tubes.
	Tube d'irrigation à usages multiples Un tube réutilisable 20 fois.
	Tube d'aspiration stérile à usage unique Avec 2 connecteurs Boite de 10 tubes.
	Tube d'aspiration au vide avec filtre Un tube utilisable sur une période de 30 jours.

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0197. Ils sont fabriqués par W.O.M. World of Medicine GmbH, Salzufer 8, 10587 Berlin, Allemagne. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation. Document non contractuel. Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.REF D900 700 141 A FR 2021-05.

Etape	Photo	Description
Paramétrage		
1		**Mise en service** • Positionner la pompe à hauteur de patiente. • Allumer la pompe en appuyant sur le bouton en face avant. • Un écran de chargement apparait.
2		**Sélection du programme** • Sélectionner le programme Hystéroscopie (en surbrillance).
3	 	**Paramètres** • Sélectionner le bouton paramètres, puis «Hystéroscopie».
4		• Sélectionner le paramétrage «Poche liquide».
		• Activer ou désactiver l'alerte prévenant que la poche est presque vide. • Régler la hauteur où est positionnée la poche de liquide (hauteur depuis la patiente et non le sol). • Régler le volume de la poche utilisée.
5		**Pression et débit** • Choisir la pression et le débit de démarrage (valeurs conseillées: 80mmHg et 500mL/min). • Les enregistrer si besoin pour en faire les paramètres par défaut du programme Hystéroscopie.

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0197. Ils sont fabriqués par W.O.M. World of Medicine GmbH, Salzufer 8, 10587 Berlin, Allemagne. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation. Document non contractuel. Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.REF D900 700 141 A FR 2021-05.

delmont imaging

Mains non stériles

Mains stériles

Etape	Action par	Photo	Description
Connexions pour l'irrigation			
1			• Connecter le tube d'irrigation au robinet correspondant de l'instrument chirurgical.
2			• Récupérer le tube d'irrigation et l'insérer autour du galet de la pompe. • Connecter les deux percuteurs (ou un seul) aux poches de liquide.
Connexions pour l'aspiration			
1			• Connecter le tube d'aspiration au robinet correspondant de l'instrument chirurgical.
2			• Connecter l'autre embout du tube au container de récupération des déchets.
3			**Mise au vide** • Connecter le tube d'aspiration au vide à la pompe, et au container de récupération des déchets (si présente).

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0197. Ils sont fabriqués par W.O.M. World of Medicine GmbH, Salzufer 8, 10587 Berlin, Allemagne. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation. Document non contractuel. Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.REF D900 700 141 A FR 2021-05.

Etape	Photo	Description
Fonctionnement		
1		**Démarrage de la pompe** • Appuyer sur START après insertion du tube d'irrigation.
		• Démarrer l'aspiration sur la pompe en appuyant sur le bouton d'aspiration (si nécessaire). • Appuyer une nouvelle fois pour passer sur le niveau de puissance maximale de l'aspiration.
2		**Pendant l'opération** • Modification de la pression de consigne et du débit si besoin à l'aide des flèches.
		• Si besoin, arrêter momentanément la pompe en appuyant sur pause.
		• Remettre à zéro le volume d'entrée.
		• Lorsque la poche est bientôt vide, une alerte sonore et un message sont présents. • Effectuer le changement de poche et faire un appui prolongé sur le bouton correpondant qui deviendra alors vert.
3		**Arrêt de la pompe** • Eteindre l'aspiration (si présente).
		• Appuyer sur STOP pour arrêter définitivement la pompe.

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0197. Ils sont fabriqués par W.O.M. World of Medicine GmbH, Salzufer 8, 10587 Berlin, Allemagne. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation. Document non contractuel. Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.REF D900 700 141 A FR 2021-05.