Les 8 étapes de mise en route de la colonne iCare+

1 Allumez la colonne

L'interrupteur vert s'éclaire

Vérifiez qu'iCare se met en route 2

Le logo clignote rapidement : sinon, vérifiez que l'interrupteur à l'arrière est en position «I»

3 Attendre 90 secondes pour qu'iCare démarre

Le logo clignote lentement

4 Vérifiez que la caméra et le câble de lumière sont connectés

La caméra se connecte à droite tandis que le câble de lumière se branche à gauche

Vérifiez le bon fonctionnement du moniteur 5

Le message «source à LED en veille» doit apparaître à l'écran.

6 Allumez l'iPad

Appuyez sur le bouton principal.

Vérifiez que l'iPad est connecté au Wifi d'iCare 7

Allez dans l'onglet Wifi des réglages de l'iPad.



8 Lancez imagyn

La réalisation de l'examen avec la colonne iCare+



1 Le médecin sélectionne son compte

Il doit rentrer son code personnel.

Le médecin crée une nouvelle patiente 2

(ou sélectionne la patiente dans la liste si elle existe déjà)





3 Démarrez l'examen

Quelques champs du compte-rendu sont à remplir (optionnel). Après validation, l'image de la caméra apparaît sur l'iPad également.

4 Activez la source de lumière

Appuyez sur le bouton sur le côté droit de la voie de commande d'iCare.

5 Effectuez une balance des blancs

- Filmez une surface blanche
- Appuyez sur le bouton AWB jusqu'à apparition du message «AWB en cours...»
- Continuez à filmer du blanc jusqu'à apparition du message «AWB OK»

Entre deux hystéroscopies, n'éteignez ni la colonne ni iCare, contentez-vous de mettre la source le lumière en veille.