Fiche technique
ReseCare XXL



CE 1304

Le set complet ReseCare XXL comporte :
- 1 hystéroscope bariatrique HD
- 1 chemise externe
- 1 chemise interne
- 1 élément de travail
- 5 électrodes bariatriques HF
- 1 câble de lumière

Set Passif
Ref : D400 100 035
Code GTIN/UID ID : 3701217803725

Set Actif
Ref : D400 100 036
Code GTIN/UID ID : 3701217803732

Règlementation	
Conformité	Conforme à la Directive Européenne 93/42/CEE
Normes applicables	*Voir la Déclaration de Conformité CE pour plus de détails*
Produits toxiques/allergènes	Sans latex, sans DEHP, sans Halogène

Hystéroscope	
Description	
Descriptif	Hystéroscope bariatrique HD 2,9 mm 12°
Utilisation prévue	Endoscopie gynécologique uniquement
Photo	
Classe	IIa
Référence article	D300 100 087
Code GMDN	36628
Code GTIN/UID	3701217806474
Données techniques	
Résolution	HD

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation.
Document non contractuel. Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging. REF D900 700 161 A FR 2021-10.

Diamètre de l'hystéroscope	2,9 mm
Angulation (DOV)	12°
Type de technologie	Lentilles
Longueur utile	395 mm
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*
Raccordement pour câble de lumière	Type ACMI
Adaptateur pour câble de lumière	Type Wolf, Storz, Olympus
Système de résection	
Description	
Descriptif	Ensemble composé d'élément de travail et chemises de résection
Utilisation prévue	Résection bipolaire ou monopolaire
Photos	*Chemise externe* *Chemise interne* *Element de travail passif* *Element de travail actif*
Classe	IIb
Chemise externe	
Référence article	D300 130 088
Code GMDN	35301
Code GTIN/UID ID	3701217806481
Diamètre de la chemise externe	18,5Fr.
Longueur utile	287 mm
Encliquetage rapide	Oui
Flux	Double
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation.
Document non contractuel. Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging. REF D900 700 161 A FR 2021-10.

Chemise interne		
Référence article	D300 130 089	
Code GMDN	35301	
Code GTIN/UID ID	3701217806573	
Diamètre de la chemise interne	17,5Fr.	
Isolation	Céramique noire (4.5 mm)	
Chemise rotative	Oui	
Chemises internes et externes dissociables	Oui	
Encliquetage rapide	Oui	
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*	
Elements de travail		
Action	Passive	Active
Référence article	D300 130 002	D300 130 009
Code GMDN	37805	
Code GTIN/UID ID	3701217801295	3701217801363
Compatible avec énergie bipolaire	Oui	
Compatible avec énergie monopolaire	Oui	
Quick-lock entre les deux chemises et l'élément de travail	Oui	
Electrodes HF		
Description		
Descriptif	Electrodes bariatriques HF pour système de résection	
Utilisation prévue	Endoscopie gynécologique uniquement. Ablation, coupe, coagulation de tissus et vaporisation	
Photo	*Electrode coupante 30°* *Electrode coupante droite* *Electrode rouleau* *Electrode couteau* *Electrode de vaporisation rouleau à pointes*	
Classe	IIb	

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation.
Document non contractuel. Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging. REF D900 700 161 A FR 2021-10.

Electrodes réutilisables				
Nom	Electrode coupante 30°	Electrode coupante droite	Electrode couteau	Electrode rouleau
Référence article	D300 140 086	D300 140 087	D300 140 088	D300 140 089
Code GMDN	61873			
Code GTIN/UID ID	3701217806542	3701217806559	3701217806566	3701217806573

Nom	Electrode de vaporisation rouleau à pointes
Référence article	D300 140 122
Code GMDN	61873
Code GTIN/UID ID	3701217803688
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*
Données techniques	
Code couleur	Violet
Compatibilité	Résecteur bariatrique 18,5Fr.
Puissance de sortie du générateur	max. 2 kVp
Puissance recommandée mode de coupe	120-180 W
Puissance recommandée mode de coagulation	max. 100 W
Solution à utiliser en monopolaire	Glycine ou Purisole par exemple
Solution à utiliser en bipolaire	NaCl à 0.9%
Câble de lumière	
Description	
Descriptif	Câble de lumière
Utilisation prévue	Endoscopie
Photo	
Classe	I
Référence article	D200 150 500
Code GMDN	35507
Code GTIN/UID ID	3701217800090

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation.
Document non contractuel. Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging. REF D900 700 161 A FR 2021-10.

Données techniques	
Diamètre	3,5 mm
Longueur	2,3 m
Couleur	Gris
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*
Embouts fournis	Storz

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation.
Document non contractuel. Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging. REF D900 700 161 A FR 2021-10.