Quick-start iCare mini

Etape	Photo	Description
Mise en route de la caméra iCare mini		
1		**Assurez-vous que l'iCare mini est allumée** • Si la caméra est branchée sur une prise murale, elle s'allume automatiquement dès qu'elle est connectée. • Si la caméra est connectée au colposcope Delmont imaging, elle s'allume automatiquement lorsque celui-ci est mis sous tension et que le bouton ON de la source de lumière est pressé.
2		**Attendre 30 secondes qu'iCare mini démarre** Les différents modes de clignotement : • Clignotement blanc rapide : phase de démarrage (~30sec). • Clignotement blanc lent : mode Veille. • Lumière blanche fixe : mode Examen. Si iCare mini est connectée à un moniteur : • Pendant l'allumage, un écran de boot s'affiche. • Lorsque cette phase est finie, l'écran d'accueil apparaît. • Utiliser les boutons de l'iCare mini pour naviguer sur l'interface : – Bouton droit : naviguation à droite. – Bouton central : validation. – Bouton gauche : naviguation à gauche.

delmont imaging
Athélia V - 297, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 252 400 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation.
Document non contractuel. Copyright © 2025 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.
REF D900 700 252 A FR

Etape	Photo	Description
Configuration de l'application imagyn sur iPad		
3		**Déverrouiller l'iPad** • Appuyer sur le bouton veille, présent sur le côté de l'iPad. • Balayer le bord inférieur de l'écran vers le haut pour afficher l'écran d'accueil.
4	 	**Vérifier que l'iPad est connecté au Wi-Fi de l'iCare mini** Pour vérifier la connexion, aller dans l'onglet Wi-Fi de l'application réglages de l'iPad. S'il n'est pas connecté au Wi-Fi de l'iCare mini : • Sur le moniteur : retrouver le QR code de connexion au Wi-Fi iCare mini dans «Paramètres» puis «Configuration connexion iPad». • Aller dans appareil photo de l'iPad et positionner la caméra face au QR code de l'iCare mini. • Appuyer sur le lien de connexion affiché en bas de l'écran en jaune.
5		**Lancer imagyn et sélectionner le compte du médecin** • Un code personnel à 6 chiffres est nécessaire afin d'accéder au compte.

delmont imaging
Athélia V - 297, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 252 400 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation.
Document non contractuel. Copyright © 2025 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.
REF D900 700 252 A FR

Etape	Photo	Description
6		**Création d'une nouvelle patiente** • Appuyer sur le bouton ⊕ pour créer le dossier de la patiente. • Si la patiente est déjà dans la base de données, sélectionner son dossier depuis la liste. Une barre de recherche est disponible.
7		**Démarrer l'examen** • Appuyer sur le bouton «Démarrer l'examen» et sélectionner l'examen correspondant (colposcopie).
Réglages avant examen		
8		**Remplir les champs préliminaires si souhaité** • Une fois le remplissage terminé, sélectionner «Valider». Aucun champ n'est obligatoire. Une sélection de réponses préécrites est disponible en cliquant sur les flèches violettes. Les encadrés grisés permettent le remplissage automatique du champ.
9	 	**Passer en mode examen** • Appuyer sur le bouton stand-by. • L'indicateur lumineux reste fixe quand il est en mode examen.

delmont imaging
Athélia V - 297, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 252 400 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation.
Document non contractuel. Copyright © 2025 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits reservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.
REF D900 700 252 A FR

Etape	Photo	Description
10		**Effectuer une balance des blancs** • Filmer une surface blanche. • Appuyer sur le bouton jusqu'à un changement visible de couleur sur l'image de l'iPad. • Vous pouvez également utiliser le bouton AWB sur l'iPad pour effectuer la balance des blancs. Il n'est pas nécessaire de le faire avant chaque examen mais à minima au début d'une série d'examen.
11	 	**Vérifier l'image de la caméra sur l'iPad ou sur le moniteur** 1. Faire la netteté dans le colposcope via la binoculaire : Tourner la molette de mise au point de l'objectif jusqu'à ce que l'image soit nette. 2. Réaliser la mise au point en tournant la bague de netteté de l'adaptateur vidéo afin que l'image à l'écran soit la plus nette possible.
Réalisation d'un examen et édition d'un compte-rendu opératoire		
12		**Effectuer la colposcopie** • Lors de l'examen, si nécessaire, vous pouvez : – Prendre des photos. *(Avec la caméra ou le bouton ◯ sur l'iPad)* – Prendre une vidéo. *(Avec la caméra ou le bouton ■ sur l'iPad)* L'indicateur lumineux en dessous du bouton central s'allume. La vidéo n'est pas intégrée au compte-rendu mais peut être récupérée avec la clé USB – Autres actions : gel de l'image, mode prévisualisation.

delmont imaging
Athélia V - 297, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 252 400 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation.
Document non contractuel. Copyright © 2025 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.
REF D900 700 252 A FR

Etape	Photo	Description
13		**Si nécessaire, ajuster les réglages de la caméra depuis l'iPad et vérifier le retour vidéo** • Appuyer sur le bouton Paramètres ⚙ pour accéder au panneau des réglages image.
14		**Finaliser l'examen** • Appuyer sur le bouton correspondant pour se rendre sur l'édition du compte-rendu.
15		**Editer le compte-rendu** Trois différentes parties sont disponibles : – Rouge : dessiner sur les deux sections du col de l'utérus avec le stylet Apple. – Bleue : dessiner sur les photos prises et les annoter. – Verte : remplir les différents champs du compte-rendu.
16		**Finaliser le compte-rendu** • Appuyer sur le bouton correspondant.
17		**Si nécessaire, exporter le rapport** • De nombreuses options d'export sont disponibles: envoi par e-mail sécurisé, impression ou encore partage dans un dossier réseau partagé.

delmont imaging
Athélia V - 297, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 252 400 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation.
Document non contractuel. Copyright © 2025 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.
REF D900 700 252 A FR